

SPECIFICHE TECNICHE DELLO SPETTROMETRO DI MASSA DA INTERFACCIARE CON POMPA HPLC MODELLO 1200 DITTA AGILENT.

Requisiti dello Spettrometro di Massa a Triplo Quadrupolo

- Analizzatore da Banco;
- Funzioni di Tuning automatico dello Spettrometro;
- Sistema di nebulizzazione fuori asse rispetto all'ingresso in vuoto;
- Sensibilità ESI Positiva espressa come IDL ≤ 50 fg (iniettando 100 fg di Reserpina on column);
- Sensibilità ESI Negativa espressa come IDL ≤ 50 fg (iniettando 100 fg di Cloramfenicolo on column);
- Risoluzione ≤ 0.7 Da FWHM;
- Accuratezza di massa ≤ 0.6 amu sull'intero range di massa;
- Stabilità di massa < 0.1 amu in 24 ore;
- Massima velocità di scansione di almeno 10000 Da/s;
- Massima velocità di acquisizione in MRM almeno 250 MRM/s;
- Range dinamico lineare 6 ordini di grandezza;
- Modalità di Acquisizione: MS Scan, Product Ion Scan, Neutral Loss/Gain Scan, Precursor Ion Scan, SIM e MRM Scans;
- Minimo Dwell Time 1 ms;
- Polarity Switching ≤ 20 ms;
- Cella di Collisione lineare in pressione di Azoto;
- Presenza di apposito dispositivo per il trasferimento degli ioni dalla sorgente al vuoto;
- Sorgente ionizzazione ESI.

Unirelab s.r.l. Unipersonale



Requisiti del Sistema Informatico di Gestione

- Il software di gestione preposto dev'essere in grado di controllare, in ogni specifica funzione, tutti gli elementi e/o moduli che costituiscono il sistema MS e HPLC
 Agilent Serie 1200 SL;
- Deve essere possibile poter elaborare i dati durante la fase di acquisizione;
- Deve operare in ambiente Windows 10;
- Personal computer di caratteristiche tali da supportare il software di gestione,
 completo di sistema operativo, monitor LCD e stampante.
- Il Software deve fornire la gestione automatica degli avvisi per interventi programmati di manutenzione e sostituzione di parti di consumo.

Garanzia e Formazione

- Sulla strumentazione è richiesto un servizio di garanzia full-risk della durata di mesi
 12;
- I tempi minimi d'intervento richiesto devono essere di massimo 4 gg. dalla segnalazione alla ditta fornitrice;
- Corso di formazione della durata di 2 gg. per il personale.

Aspetti premianti in fase di valutazione:

- Possibilità di fornire supporto strumentale indistintamente per HPLC Serie 1200 SL e Spettrometro di Massa, eseguire riparazioni e assistenza tecnica e applicativa forniti e già presenti;
- Utilizzo della licenza MassHunter Software già presente ed utilizzata;
- Utilizzo dei dati/metodi/sequenze già acquisiti/sviluppati.