

Oggetto: Caratteristiche tecniche Gas Tecnici ARGON 5.5, ELIO 5.5, AZOTO 2.2

Argon 5.5: Titolo > o = a 99.9995%

impurezze	capitolato di qualità valori minori o uguali a
ossigeno	0.5 ppm mol
azoto	3 ppm mol
acqua	1 ppm mol
Idrocarburi totali	0.05 ppm mol

Elio 5.5: Titolo > o = a 99.9995%

impurezze	capitolato di qualità valori minori o uguali a
ossigeno	1 ppm mol
azoto	3 ppm mol
acqua	3 ppm mol
Idrogeno	1 ppm mol
Idrocarburi totali	0.2 ppm mol

Azoto, liquido 2.2 refrigerato N°ONU 1977 ADR/RID Classe 2 Codice di classificazione 3 A

Proprietà Fisiche
Peso molecolare.....28,01 g/mol
Densità relativa, gas...0,97 (aria=1)
Densità relativa, liquido...0,8 (acqua=1)
N° CAS..7727-37-9 I
Impurezze: H2O < o = 40 ppm
O2 < o = 100 ppm



Unirelab s.r.l. Unipersonale

Sede legale: Via Quintino Sella, 42 – 00187 Roma

P.IVA e C.F. 07535401009 - Capitale Sociale € 1.717.345 i.v.

Società soggetta ad attività di direzione e controllo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo

www.unirelab.it - unirelabroma@pec.it - info@unirelab.it